

PARADA DEL SISTEMA Y APERTURA DE LA CÁMARA

1. Verificar que VC está en posición "open"
2. "vent on" en T1, T2, T3
3. Comprobar que válvula guillotina y bypass–espectrómetro- cerradas
4. Parar T1, T2, T3 y R1, R2+3.
5. Apagar filamento y Channeltron
6. Parar T4 y M1.
7. Cuando se haya aireado la cámara, se puede abrir para retirar muestras